

Le lundi 16 mai 2022

**Cantine de Saint Pierre d'Entremont Isère  
Croix MOLLARD  
73670 ST PIERRE D'ENTREMONT**

Réf. Client : S118  
Dossier N°S118-2

## HYGIENE de SURFACE


**Nature de l'analyse : Prélèvement de surface**  
**Date du prélèvement : 13/05/2022**  
**Date du dernier nettoyage / désinfection : 12/05/2022**  
**Surface de contact testée : 10 cm<sup>2</sup>**  
**Origine de l'échantillon : INTERIEUR FRIGO CUISINE**  
**Référence analytiques : Lames gélosées PCA et VRBL, ATL 550.000161.02**

### ANALYSE DE LA FLORE MICROBIENNE DE SURFACE - AUTOCONTROLE

	Résultats	Critères réglementaires		
		Seuil	Conformité	
Micro-organismes aérobies à 30 °C (pour 10 cm <sup>2</sup> ) (PCA)	1	10	Conforme	
Coliformes 30°, par 10 cm <sup>2</sup> (VRBL)	Non détecté	Non détecté	Conforme	

 **Analyse Satisfaisante**

Laurent BROSSET  
Directeur Biochimiste



**Le conseil du mois :** Depuis le 1er mars 2022, les restaurants doivent indiquer les origines de TOUTES les viandes.